ＤＳＳシリーズ　補足取扱説明書

ＤＳＳシリーズにＦＰ９３を搭載しました ＤＳＳＰ９３ が追加されましたので、追加部分の補足説明を致します。　尚，「ＤＳＳシリーズ 取扱説明書」を熟読の上、本補足取扱説明書をご使用下さい。
また、ＦＰ９３の詳細につきましては、添付されています「ＦＰ９３ プログラム調節計 取扱説明書」、及び通信機能を選択している場合「ＦＰ９３ 通信インターフェース 取扱説明書」を参照して下さい。

１．１ページ　１.はじめに　①型式コードの確認　についての補足説明


搭載機種ＦＰ９３のコード選択表は下記になります。

搭載機種FP93の時

項　目	コード	仕　　様
1.シリーズ	DSSP93-	FP93シリーズプログラム調節計搭載　卓上形温度調節装置
2.電流容量	20	20A
	30	30A
3.制御方式	P	位相制御方式
	C	サイクル演算ゼロ電圧スイッチング制御方式
4.プロテクタ出力	0	なし
	1	あり
5.電源	84-	100〜120V AC
	85-	200〜240V AC
6.入力	1	熱電対
	2	測温抵抗体
	3	電圧 mV
	4	電流 mA
	6	電圧　V
7.入力種類	B	熱電対B
	R	熱電対R
	S	熱電対S
	K	熱電対K
	E	熱電対E
	J	熱電対J
	T	熱電対T
	N	熱電対N
	P	測温抵抗体
	L	電圧・電流入力
8.ステータス出力（※通信機能と同時選択不可）	0	なし
	1	オープンコレクタダーリントン出力 4点
9.アナログ出力	0	なし
	3	0〜10mV DC
	4	4〜20mA DC
	6	0〜10 V DC
10.通信機能（※ステータス出力と同時選択不可）	0	なし
	5	RS-485
	7	RS-232C
11.特記事項	0	なし
	1	あり

２．４ページ　５.配線　５-４.搭載調節計仕様別端子配列　についての補足説明

搭載機種ＦＰ９３の端子配列は下記になります。



［注］上記端子配列は、全てのオプション付で表記をしていますが、実際の製品はコード選択表で選択されている箇所のみ内部配線をしておりますので、型式コードをご確認のうえ配線をして下さい。

DSST-1AJ　2003年10月